

● THUNDERBIRD® Next Probe qPCR Mixの使用条件 [Bio-Rad CFX Connect : 通常サイクル]

(1) 反応液の調製

以下に TaqMan® Probe を用いた25 μ Lおよび20 μ L反応時の調製例を示します。

試薬	25 μ L反応	20 μ L反応	最終濃度
滅菌水	X μ L	X μ L	
THUNDERBIRD® Next Probe qPCR Mix	12.5 μ L	10 μ L	1x
Forward Primer	7.5 pmol	6 pmol	0.3 μ M*1
Reverse Primer	7.5 pmol	6 pmol	0.3 μ M*1
TaqMan® Probe (Uracil-N-Glycosylase)	5 pmol (0.5 unit)	4 pmol (0.4 unit)	0.2 μ M*1
DNA溶液	Y μ L	Y μ L	
合計液量	25 μ L	20 μ L	

*1: プライマー・プローブの発売元から、添加濃度が指定されている場合は、発売元の指定条件に従ってください。
増幅効率が不十分な場合は、プライマー濃度を増やすことで、また非特異反応が発生する場合(低濃度の
鋳型での反応で増幅曲線の立ち上がりが悪くなる場合は)、プライマー濃度を減らすことで、反応結果が
改善することがあります。プライマー濃度は、最終濃度0.2~0.6 μ Mを目安にご検討ください。

(2) PCRサイクル条件設定

ステップ	温度	時間	昇降速度	
(UNG反応)	(20~25° C)	(10分)	(最大)	
初期変性	95° C	30秒	最大	
PCR (40 cycles)	変性	95° C	5秒	最大
	伸長	60° C*2	30秒	最大

(Data Collectionは伸長ステップに設定します)

*2: 十分な増幅効率が得られない場合は温度を低めに、非特異的の反応が発生する場合(鋳型濃度が低い
サンプルで、増幅曲線の形状がゆがむ場合は)は温度を高めに設定することで、反応が改善されることが
あります。56~64° Cの範囲を目安にご検討ください。

TOYOBO 東洋紡株式会社

バイオプロダクト営業部 (大阪)
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号
大阪梅田ツインタワーズ・サウス

TEL 06-6348-3786 FAX 06-6348-3833

バイオプロダクト営業部 (東京)
〒104-8345 東京都中央区京橋一丁目17番10号
住友商事京橋ビル

TEL 03-6887-8819 FAX 03-6887-8951

テクニカルライン

TEL 06-6348-3888 FAX 06-6348-3833

開設時間 : 9:00~12:00 13:00~17:00 (土日祝日、休日を除く)

e-mail: tech_osaka@toyobo.jp

[URL] https://lifescience.toyobo.co.jp/

